

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/56/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հատակի ցենտրիֆուգ	Hettich	Roto Silenta 630 RS	Andreas Hettich GmbH	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար: Sigma Laborzentrifugen GmbH ընկերության Sigma 8KBS մոդելը, կամ համարժեք Andreas Hettich GmbH ընկերության Roto Silenta 630 RS մոդելը, կամ համարժեք Thermo Scientific™ ընկերության Sorvall™ BP 16 Centrifuge մոդելը, կամ համարժեք DEMOPHORUS HEALTHCARE ընկերության d.mach Blood Bank Centrifuge մոդելը: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

				չօգտագործված: Լրակազմում պետք է լինեն բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ պետք է տրամադրվի առնվազն 1 ռոտոր՝ $\geq 12 \times 500$մլ: Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56/1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Հատակի ցենտրիֆուգ	Hettich	Roto Silenta 630 RS	Andreas Hettich GmbH	Հատակի ցենտրիֆուգ՝ սառեցմամբ, դոնորների արյան բաղադրիչների բաժանման համար: Sigma Laborzentrifugen GmbH ընկերության Sigma 8KBS մոդելը, կամ համարժեք Andreas Hettich GmbH ընկերության Roto Silenta 630 RS մոդելը, կամ համարժեք Thermo Scientific™ ընկերության Sorvall™ BP 16 Centrifuge մոդելը, կամ համարժեք DEMOPHORUS HEALTHCARE ընկերության d.mach Blood Bank Centrifuge մոդելը: Աշխատանքային մեթոդը՝ առանց ջրի օգտագործման: Ապրանքը պետք է լինի նոր,

				չօգտագործված: Լրակազմում պետք է լինեն բոլոր անհրաժեշտ մալուխները և պարագաները լիարժեք աշխատանքի համար, այդ թվում հոսանքի տատանումներից և գերլարումից պաշտպանող սարք: Սարքի հետ պետք է տրամադրվի առնվազն 1 ռոտոր՝ $\geq 12 \times 500$մլ: Երաշխիքը առնվազն 24 ամիս: Մատակարարը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր-նամակ՝ սույն ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու և մատակարարման վերաբերյալ: Սարքի տեղադրումը, գործարկումը և ուսուցումը պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից:
--	--	--	--	--