

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎ-ԱՐՏ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ առնվազն +20-ից +24 °C միջակայքում: Ինկուբատորի Ներսում ջերմային ռեժիմի պահպանման ավտոմատ համակարգ: Ինկուբատորի Ներսում ողջ ծավալով ջերմաստիճանի հավասար տարածման համակարգ: Միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով՝ ոչ ավելի քան 1 °C ճշգրտությամբ: Նշված

					ջերմաստիճանի բարձրացման կամ իջեցման դեպքում լսելի և տեսանելի ահազանգման համակարգ: Դռան ապակին պետք է լինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների համար քիչ թափանցելի: Խցիկի ներքին երեսպատումը՝ չժանգոտող պողպատ: Ինկուբատորի և խառնիչի զանգվածները միասին՝ ոչ ավել, քան 120կգ: Ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 180լ: Թրոմբոցիտների պահպանման համար դարակաշարերի առկայություն՝ ոչ պակաս, քան 14 հատ: Դարակաշարերի ընդհանուր տարողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 28 հատ աֆերեզային պարկերի համար: Դարակաշարերի նյութը՝ ներկված պողպատ կամ չժանգոտվող պողպատ: Դարակաշարերում անցքերի առկայություն՝ պարկերում գազափոխանակության ապահովման համար: Խառնիչի առկայություն: Խառնիչի ճոճորումների հաճախականությունը՝ 50 հատ/րոպե±10%: Խառնիչի
--	--	--	--	--	--

				ճոճորումների ամպլիտուդը՝ ոչ պակաս, քան 3սմ: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն: Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս: Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СЕВ-АРТ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					