

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵԶՍ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
82	Toxo IgG Avidity	Toxo IgG Avidity	Roche Diagnostics	" Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս Տոքսոպլազմոզի IG նկատմամբ ավիդության որոշման թեսթ-հավաքածու Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորների համար Էլեկսիս Տոքսոպլազմոզի IG նկատմամբ ավիդության որոշման թեսթ-հավաքածու: Մեթոդ՝ Էլեկտրաքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ առնվազն 50 որոշում/տուփում: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ / պլազմա: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8oC ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-244-1444424-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
82	Toxo IgG Avidity	Toxo IgG Avidity	Roche Diagnostics	Тест-набор Elexis для определения авидности иммуноглобулина (IG) при токсоплазмозе для анализаторов Elexis и Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: не менее 50 определений в упаковке. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Срок годности должен быть не менее половины срока годности на момент доставки. Для диагностики in vitro.