ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԷՔՍ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
88	IgE CS	IgE CS	Roche Diagnostics	" Էլեկսիս IgE կալիբրատոր (Elecsys IgE CalSet) Էլեկսիս և Կոբաս e 411 անալիզատորի համար: Մեթոդ՝ Էլեկտրոքեմիլումինեսցենտային անալիզ: Ֆորմատ՝ 4x1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն , For In Vitro Diagnostic"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
88	IgE CS	IgE CS	Roche Diagnostics	"Калибратор Elecsys IgE (Elecsys IgE CalSet) Для анализаторов Elecsys и Cobas e 411. Метод: электрохемилюминесцентный анализ. Формат: 4 x 1 мл. Наличие бренда. Условия хранения: при температуре 2–8 °C. Срок годности истекает через 1/2 на момент доставки. Для диагностики in vitro."