

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պլազմաշենիուս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր	PRESVAC	AP-96LT	PRESVAC S.R.L.	Թրոմբոցիտների պահպանման համար խառնիչ ինկուբատոր: Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ +22°C±2°C: Ինկուբատորի ներսում ջերմային ռեժիմի պահպանման ավտոմատ համակարգ: Ինկուբատորի ներսում ողջ ծավալով ջերմաստիճանի հավասար տարածման համակարգ: Միկրոպրոցեսորային ջերմաստիճանի կառավարման համակարգ թվային ջերմաստիճանի Էկրանով՝ 1 °C ճշգրտությամբ: Նշված ջերմաստիճանի բարձրացման կամ իջեցման

					դեպքում լսելի և տեսանելի ահագանգման համակարգ: Դռան ապակին ուղտրամանուշակագույն ճառագայթների համար քիչ թափանցելի է: Խցիկի ներքին երեսպատումը՝ չժանգոտող պողպատ: Ինկուբատորի և խառնիչի զանգվածները միասին՝ 110կգ: Ծավալը՝ 199լ: Թրոմբոցիտների պահպանման համար դարակաշարերի առկայություն՝ 14 հատ: Դարակաշարերի ընդհանուր տարողունակությունը՝ 32 հատ աֆերեզային պարկերի համար: Դարակաշարերի նյութը՝ փոշեներկված պողպատ: Դարակաշարերում անցքերի առկայություն՝ պարկերում գազափոխանակության ապահովման համար: Խառնիչի առկայություն: Խառնիչի ճոճորումների հաճախականությունը՝ 55 հատ/րոպե: Խառնիչի ճոճորումների ամպլիտուդը՝ 3սմ: Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 -240 Վ ± 10%, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և
--	--	--	--	--	---

				մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Երաշխիքը՝ 24 ամիս: Որակի վկայականներ. 1. ISO13485 կամ համարժեք: 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ПЛАЗМАДЖЕНИУС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2025/56
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Инкубатор с перемешиванием для хранения тромбоцитов	PRESVAC	AP-96LT	PRESVAC S.R.L.	Инкубатор с перемешиванием для хранения тромбоцитов. Диапазон температур: +22°C±2°C. Автоматическая система поддержания температурного режима внутри инкубатора. Система равномерного распределения температуры по всему инкубатору. Микропроцессорная система контроля температуры с цифровой индикацией температуры с точностью 1 °C. Звуковая и визуальная сигнализация при повышении или понижении

					заданной температуры. Стекло двери плохо проницаемо для ультрафиолетовых лучей. Внутренняя обшивка камеры: нержавеющая сталь. Общая масса инкубатора и мешалки: 110 кг. Объем: 199 л. Наличие полок для хранения тромбоцитов: 14 шт. Общая вместимость полок: 32 шт. для аферезных пакетов. Материал полок: сталь с порошковым покрытием. Наличие отверстий в полках для обеспечения газообмена в пакетах. Наличие мешалки. Частота колебаний мешалки: 55 шт/мин. Амплитуда колебаний мешалки: 3 см. Электропитание: 220-240 В $\pm$ 10%, 50/60 Гц. Оборудование и принадлежности: Установка и запуск: Обучение персонала на месте: Руководство пользователя: на английском языке. Оборудование новое, неиспользованное. В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы. Гарантия: 24 месяца.
--	--	--	--	--	--

					Сертификаты качества: 1. ISO13485 или эквивалент. 2. Сертификат CE, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний, требуемых Директивой 93/42/ЕЕС, или эквивалентный сертификат Регламента MDR (EC) 2017/745 или сертификат FDA, подтверждающий прохождение всех необходимых испытаний.
--	--	--	--	--	---