

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էմ Դի ընդ Դի Ըլայենս ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
101	SARS- CoV-2/Influenza A+B/RSV/ Adenovirus/M.pneumoniae	SARS- CoV-2/Influenza A+B/RSV/ Adenovirus/M.pneumoniae	ACRO BIOTECH, INC, 9500 Seventh Street Unit M, U.S.A	Adenovirus/M.pneumoniae հակածնի (Ag) հայտնաբերման արագ ախտորոշիչ թեստ պանել: Հետազոտվող նմուշ -Քթից քսուքի միջոցով:Մեթոդը՝ իմունոքրոմատոգրաֆիկ: Պետք է լինի Նոր , չօգտագործված: SARS-CoV-2 զգայունություն՝ ոչ պակաս 97.7% , սպաեցիֆիկությունը՝ ոչ պակաս 99%, ճշգրտություն՝ ոչ պակաս 98.6%: Influenza A զգայունություն՝ ոչ պակաս 97.0 % , սպաեցիֆիկությունը՝ ոչ պակաս 99.4%, ճշգրտություն՝ ոչ պակաս 99.2% : Influenza B զգայունություն՝ ոչ պակաս 94.6 % , սպաեցիֆիկությունը՝ ոչ պակաս 99.4%, ճշգրտություն՝ ոչ պակաս 99.0%:RSV՝ զգայունություն՝ ոչ պակաս 94.9 % , սպաեցիֆիկությունը՝ ոչ պակաս 98.4%, ճշգրտություն՝ ոչ պակաս 97.9%: Adenovirus՝ զգայունություն՝ ոչ պակաս 96.8 % ,

				սպաեցիֆիկութունը՝ ոչ պական 98.5%, ճշգրտութուն՝ ոչ պական 98.3% : M.pneumoniae՝ զգայունութուն՝ ոչ պական 92.9 % , սպաեցիֆիկութունը՝ ոչ պական 97.2%, ճշգրտութուն՝ ոչ պական 96.6%: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ համաձայն տուփում առկա ներդիրի::Արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչ հանդիսանալու վերաբերյալ հավաստում:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭМДИ ЭНД ДИ ЭЛАЙЕНС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1244-ЕУДУ72Р-26/13
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
101				