

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/15-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
73	HORIBA	Horiba ABX S.A.	Ստուգիչ հեղուկ ցածր ABX DIFFTROL 2L, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 2x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն օրիգինալ ABX DIFFTROL 2L ստուգիչ հեղուկով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի

			կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը, ընդ որում ապրանքն արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի երաշխիքային նամակում հստակ պետք է երևա՝ մատակարարի, մատակարարվող ապրանքի անվանումները և երկրի անվանումը որտեղ նշված մատակարարի կողմից վաճառվող ապրանքը երաշխավորվում է արտադրողի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

0000 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом EYXU72P-2026/15-1-CTPZ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
73			