

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	"FTA-1 Aspirator with trap flask"	FTA-1	Bio-San	"Ասպիրատոր՝ թակարդի անոթով, նախատեսված է ալկոհոլի, բուժերի և այլ հեղուկների ռեակցիոն անոթներից ասպիրացիայի կամ հեռացման համար (օրինակ՝ ԴՆԹ/ՌՆԹ մաքրում կամ այլ մակրոմոլեկուլների վերանստեցման տեխնիկաների ժամանակ): Սարքի աջ կողմում տեղադրված է հարմարեցված պահարան՝ երկու փորձանոթների համար (օրինակ՝ աղաթթուի լուծույթ և դիստիլացված ջուր), որոնք անհրաժեշտ են ասպիրացիոն ծայրակալը ողողելու և պահելու համար՝ այն նորից օգտագործելու նպատակով: Ասպիրացիոն միկրոբիոլոգիական ֆիլտրը հիդրոֆոբ է. այն որսում է մասնիկներ, որոնց չափը մեծ է 0,027 մկմ-ից, ինչը ավելի փոքր է, քան A, B և C հեպատիտների վիրուսների չափը, արդյունավետությունը՝ մինչև 99,9%: Վակուում -

				-200-ից -500 մբար (կարգավորվող) Թակուղային անոթի ծավալ - 1 լ, ապակի Գերլցման պաշտպանություն - պոմպի անջատում, լուսային և ձայնային ազդանշան Չափեր (ԵxLxԲ) - 186 x 213 x 327 մմ ± 3 մմ Քաշը թակուղային անոթով - 1.8 կգ Սնուցման հոսանք / հզորություն - 12 Վ, 300 մԱ / 3,6 Վտ Արտաքին սնուցման միավոր - մուտք՝ AC 100-240 Վ, 50/60 Հց; Ելք՝ DC 12 Վ Քանակը - 2 հատ Սարքը պետք է համապատասխանի ISO 9001 սերտիֆիկացման պահանջներին, ինչպես նաև ունենա համապատասխանություն հետևյալ Եվրոպական դիրեկտիվներին՝ LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; Directive 2011/65/EU (RoHS II); RoHS 3 - 2015/863/EU; WEEE 2012/19/EU Նվազագույնը՝ 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրումից հետո:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 14-104020-2025/51
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1				