

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	SYNERGY™ XD	SYNERGY™ XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը քրոմի- պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ², կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխոլոդակ, ճաղերի հաստությունը՝ 81μm, ճաղերի լայնքը՝ 94μm, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ երկարությամբ, ցածր մուտքային պրոֆիլ՝ 0,44մմ, ինչը ապահովում է անոթների վնասված և նեղ հատվածներով հեշտ անցումը, հետդիլատացիան 3,50մմ՝ 2,25-2,75 ստենտերի համար; 4,25մմ՝ 3,00-3,50մմ ստենտերի համար; 5,75մմ՝ 4,00մմ ստենտերի համար: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ,

				3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72P-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	SYNERGY™ XD	SYNERGY™ XD	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ ² , կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխոլոդակ, ճաղերի հաստությունը՝ 81μm, ճաղերի լայնքը՝ 94μm, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ երկարությամբ, ցածր մուտքային պրոֆիլ՝ 0,44մմ, ինչը ապահովում է անոթների վնասված և նեղ հատվածներով հեշտ անցումը, հետդիլատացիան 3,50մմ՝ 2,25-2,75 ստենտերի համար; 4,25մմ՝ 3,00-3,50մմ ստենտերի համար; 5,75մմ՝ 4,00մմ ստենտերի համար: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ,

				3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---