

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՆԱՐ ԳՐՈՒՊ» ՓԲԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու	Grifols Diagnostic Solutions Inc., USA	Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու, նախատեսված է դոնորական արյան մեջ հեպատիտ B, հեպատիտ C, ՄԻԱՎ վիրուսների նուկլեինաթթուների հայտնաբերման ընթացքում շեմային արժեքների որոշման և ցիկլի վալիդության գնահատման համար: Հավաքածուն ներառում է հետևյալ ստուգաչափիչները. - ՄԻԱՎ-ի դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է TMA ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է ՄԻԱՎ ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, տարայում քանակը՝ 2մլ, - Հեպատիտ C դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է TMA ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ C-ի ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, տարայում քանակը՝ 2մլ, - Հեպատիտ B դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է TMA ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ B-ի ՂՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, տարայում քանակը՝ 2մլ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ

			պակաս, քան 10 ամիս: Դրական ստուգաչափիչների հավաքածուն՝ «Procleix PANTHER» համակարգին համապատասխան շտրիխ-կոդով:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО ВАНАР ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦТЗР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Набор положительных контролей	Grifols Diagnostic Solutions Inc., USA	Набор положительных контролей, предназначенный для определения пороговых значений и оценки валидности цикла при выявлении нуклеиновых кислот вирусов гепатита В, гепатита С, ВИЧ в крови донора. В набор входят следующие контроли: - положительный контроль ВИЧ, предназначенный для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит транскрипт РНК ВИЧ. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл, - положительный контроль гепатита С, предназначенный для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит транскрипт РНК гепатита С. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл, - положительный контроль гепатита В, предназначенный для определения порогового значения в реакции ТМА, содержит транскрипт ДНК гепатита В. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с даты поставки. Набор положительных калибровочных образцов со штрихкодом, соответствующим системе «Procleix PANTHER».

