

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-26/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	Ethicon Endo W2777 Prolene	Ethicon Endo W2777 Prolene	Johnson&Johnson, Ethicon Endo	2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի բյուրեղային ստերեոիզոմեր - սինթետիկ գծային պոլիուլեֆին, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 0.4, անվանական չափը 8-0, թելի երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 3/8 շրջան, 6,5մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.1524մմ, պողպատի դասը 4310, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնի կրկնակի շերտով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է

			հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFCY-ELXU72P-26/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	Ethicon Endo W2777 Prolene	Ethicon Endo W2777 Prolene	Johnson&Johnson, Ethicon Endo	2 ասեղով չներծծվող վիրաբուժական թել, ստերիլ, սինթետիկ, մոնոֆիլամենտ, պատրաստված պոլիպրոպիլենի բյուրեղային ստերեոիզոմեր - սինթետիկ գծային պոլիլեֆին, ներկված վառ գույնով՝ վերքի մեջ նրա տեսանելիությունը լավացնելու համար, մետրիկային չափը 0.4, անվանական չափը 8-0, թելի երկարությունը 45սմ: Ասեղի տիպը ծակող, 3/8 շրջան, 6,5մմ երկարությամբ, տրամագիծը 0.1524մմ, պողպատի դասը 4310, պատրաստված կոռոզիայի նկատմամբ դիմացկուն խառնուրդից, մշակված սիլիկոնի կրկնակի շերտով, ինչը նվազեցնում է շփումը և հեշտացնում ասեղի անցումը հյուսվածքի միջով, ունի ասեղնաբռնիչով ֆիքսման հուսալի կառուցվածք: Յուրաքանչյուր թելը փաթեթավորված է առանձին փաթեթի մեջ, որի կառուցվածքը ապահովում է

			հասանելիություն առանձին ստերիլ թելին: Փաթեթի վրա նշված է արտադրողի անունը, ապրանքային նշանը, կատալոգային համարը, խմբաքանակի համարը, պիտանելիության ժամկետը, թելի նյութը, անվանական և մետրիկային չափը, գույնը, երկարությունը, ասեղի երկարությունը, տեսակի նշանը, կորությունը, քանակը, լրիվ չափի պատկերը: Փաթեթները տեղավորված են ընդհանուր տուփերի մեջ՝ խոնավությունից պաշտպանող պոլիէթիլենով կամ այլ թափանցիկ նյութով գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի վրա կրկնօրինակված են առանձին փաթեթի վրայի տվյալները: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--