ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	Հիվանդների վիճակի հսկողության համակարգ	"Հիվանդների մոնիտոր էկրանի չափը ոչ պակաս քան 15’’ , գունավոր հպումային, LCD: Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, TEMP2: NIBP ռեժիմում ավելցուկային ճնշումից երկակի պաշտպանություն: ԷՍԳ/ համաձայն IEC 60601-2-27:2012: Ուղիները՝ 3/5 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V: Ցուցադրամն զգայունությունը՝ Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0), 40mm/mV(x4.0) Ուժեղացման ընրություն ՝ առնվազն x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto Sweep Speed (mm/s)՝ 12.5, 25, 50: Նվազագույն թողունակությունը դիագնոստիկ ռեժիմում՝ 0.05-100 Hz, մոնիտորինգ ռեժիմում ՝ 0.5-40 Hz, վիրաբուժական ռեժիմում ՝ 1-25 Hz, ուժեղ ռեժիմում՝ 5-20 Hz: Սրտի զարկերի նվազագույն միջակայքը bpm՝ Մեծահասակների դեպքում ՝ 15-300 bpm, Մանկական և նորածին՝ 15-350 bpm: RESP Մեթոդը՝ Տրանս-տորակալ բիո-իմպենդաս Միջակայքը՝ Lead RA-LA, RA-LL, LA-RL,LL-RL: Նվազագույն չափման միջակայքը՝ 0-120 rpm, Սկանավորման արագությունը առնվազն (mm/s)՝ 6.25, 12.5, 25: SPO2 /համաձայն ISO 80601-2-61:2017: Չափման	

			միջակայքը՝ 0-100%, Ճշգրտությունը (70-100%) / Մեծահասակ/մանկական - ±2 % -նորածին՝ ±3 %: Պերֆուզիան ինդեքս՝ 0.05-20 % Զարկերակային պուլսի նվազագույն միջակայքը (bpm) – 25-250: NIBP Մեթոդը՝ Ավտոմատ օսցիլոմետրիկ Գործարկամ ռեժիմները՝ Manual / Auto / STAT: Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min: Պարամետրներ՝ Systolic, Diastolic, Mean: Նվազագույն սիստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ -Մեծահասակ - 30-280 -Մանկական- 30-230 -Նորածնային- 30-145: Նվազագույն դիաստոլիկ միջակայք (mmHg)՝ մեծահասակ՝ 10-220, մանկական՝ 10-165, նորածնային՝ 10-105: Միջին միջակայք(mmHg)՝ Մեծահասակ 10-240, Մանկական 10-175, Նորածնային 10-115: TEMP / համաձայն ISO 80601-2-56:2018: Միջակայք ՝ 0-50 ˚C (41 to 122 ˚F) Պարամետրներ ՝ T1, T2 և TD: Մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը՝ առնվազն 5 ժամ Համակարգը պետք է ներառի առաջարկվող հիվանդի մոնիտորի հետ համատեղելի տպիչ-1 հատ: Լրակազմն իր մեջ պետք է ներառի նաև՝ միանգամյա օգտագործման օդուղիների ադապտեր paed./adult_Mainstream mod. - 2 հատ, Բազմակի օգտագործման Reusable SpO2 սենսոր - 1 հատ, SpO2 երկարացման մալուխ - 1 հատ, 5-կապար ԷՍԳ մալուխ - 1 հատ, Մեծահասակների համար նախատեսված NIBP բազմակի օգտագործման մանժետների հավաքածու - 1 հատ, Կրկնակի օգտագործման NIBP մանկական բռունցքների հավաքածու - 2 հատ, Միանգամյա օգտագործման NIBP նորածնային բռունցքների հավաքածու -1 հատ, Կրկնակի օգտագործման մանկական մաշկի ջերմաստիճանի ցուցիչ -1 հատ, NIBP երկարացման խողովակ 2,5 մ – 1 հատ, Կրկնակի օգտագործման ջերմաստիճանի զոնդ – 1 հատ, ՈՒղեկցող ձեռնարկ՝ առնվազն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Բոլոր սահմանված սարքավորումները միասին կազմում են հիվանդի կարդիոմոնիտորինգային լրակազմի անբաժանելի մաս և պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն և կարգաբերվեն վաճառողի կողմից որպես բնութագրով սահմանված միասնական լրակազմ: Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային լրակազմի և

			նրա սպասարկման համար սահմանվում է առնվազն 365 օրացուցային օր երաշխիքային ժամկետ՝ համակարգը պատվիրատուի կողմից ընդունելու (տեղադրումից, կարգաբերումից, ուսուցումից և շահագործման հանձնելու) օրվա հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետում մատակարարը պարտավոր է անսարքությունը վերացնել մինչև 30 օրացույցային օրվա ընթացքում, եթե կողմերի միջև այլ ժամկետ սահմանված չէ: Մատակարարման ենթակա ապրանքատեսակը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, չլինի վերաթողարկված (not refurbished): Կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին համապատասխանող և դրա որևէ բաղադրիչի գծով որակական հատկանիշները գերազանցող ապրանքներ մատակարարելու դեպքում հնարավոր է ապրանքի ընդունումը, եթե առկա է հայտը նախագծող ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) գրավոր մասնագիտական եզրակացությունը: Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3			