

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԷՔՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	ARC RUB IGM CTL	Abbott Diagnostics	"Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ): Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin : Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
32	ARC RUB IGM CTL	Abbott Diagnostics	Контрольный тест на краснуху IgM для прибора ARCHITECT i1000, 2 флакона (по 4,0 мл). Консерванты: азид натрия и ProClin. Отрицательный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека, положительный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека и гибридные моноклональные антитела IgM к краснухе (человеческие). Наличие сертификата качества.