

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՄ-ՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Rubella IgM ստուգիչ թեստ	Abbott	Rubella IgM կոնտրոլ՝ Նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ): Պահպանիչներ՝ Նատրիումի ազիդ և ProClin : Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուլի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ПРОМ-ТЕСТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
32			