

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	K-Turbo	BioSystems SA	Հավաքածու Կալիումի որոշման՝ նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի կամ ՖԵԿ ապարատի համար 3x25մլ (մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը 50թեստ) : : Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում» : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USPЧ-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13	K-Turbo	BioSystems SA	Հավաքածու Կալիումի որոշման՝ նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի կամ ՖԵԿ ապարատի համար 3x25մլ (մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը 50թեստ) : : Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/ : Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը : Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում» : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ :