

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	FLEX SC9	RADIOMETER	RADIOMETER	Radiometer Medical ApS	Թեստ-հավաքածու` FLEX SC9 Նախատեսված արյան գազերի վերլուծիչի համար: Չափող պարամետրները առնվազն` PH, PO2, PCO2, Na, K, Ca, Cl, Hct. Թեստ- հավաքածուն պետք է համատեղելի լինի ABL9 մոդելի արյան գազերի վերլուծիչի հետ: Հավաքածուն պետք է լինի նախատեսված 100 հետազոտությունների համար: Պիտանելիության ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն 60 օր: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8°C:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "С" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-ECXU72P-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					