

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ԹՐԵՅԴՄԵԴ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	25+G 20K Bevel, Std, Combined, Ultra 2.4mm IA	25+G 20K Bevel, Std, Combined, Ultra 2.4mm IA	25+G 20K Bevel, Std, Combined, Ultra 2.4mm IA	Alcon Laboratories, Inc	Ակնաբուժական վիրաբուժության համար նախատեսված համակցված հավաքածու, որը կիրառվում է վիտրեկտոմիայի, ֆակոեմուլսիֆիկացիայի կամ համակցված միջամտությունների իրականացման ժամանակ: Պետք է լինի համատեղելի Constellation Vision System ակնավիրաբուժական համակարգի հետ և ապահովի վերջինի լիարժեք ֆունկցիոնալությունը: Արտադրանքը պետք է համապատասխանի բժշկական արտադրանքի անվտանգության և

					որակի պահանջներին, լինի առնվազն B կարգի ստերիլիզացիայով: Գործիքի տրամագիծ -25 Ga (0.52 մմ): Կտրվածքների հաճախություն- մինչև 20 000 կտրվածք/րոպե: Վիտրետոմի ծայր- թեք (скошенный): Ինֆուզիոն համակարգ- ավտոմատ ինֆուզիոն փականով: Պորտերի կառուցվածք- փականային: Սկլերոտոմիայի տրամագիծ- 0.9 մմ: Հավաքածուն պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները՝ Կասսետա համակցված միջամտությունների համար — 1 հատ Վիտրեկտոմիայի զոնդ՝ թեք ծայրով — 1 հատ Ուղիղ էնդոլուսկեր — 1 հատ Բարելավված ինֆուզիոն կանյուլա — 1 հատ Ինֆուզիոն տյուբինգ ավտոմատ փականով — 1 հատ Լուծույթի մատակարարման տյուբինգ դեպի կասսետա — 1 հատ Իռիգացիոն- ասպիրացիոն տյուբինգ — 1 հատ Սթերիլ ծածկույթ մոնիտորի համար — 1 հատ Երեքդիրանի անջատիչ — 1 հատ Ներարկիչ (մաքրում/փոխանցում) — 1 հատ Թեստ-խցիկ — 1 հատ Ասպիրացիոն
--	--	--	--	--	---

				ծայրիկների բանալի — 1 հատ Իռիգացիոն ծածկույթներ — 2 հատ Տրոակար՝ փականային պորտով — 3 հատ Թողարկվող անցքով խողովակ (վիտրոռետինալ մուտք) — 1 հատ Հավաքածուն պետք է մատակարարվի արտադրողը փակ, չվնասված, ստերիլ փաթեթավորմամբ: Սպառման ժամկետ — ոչ պակաս քան 24 ամիս: Յուրաքանչյուր միավորի վրա պարտադիր պետք է նշված լինեն արտադրողը, ընկերության անվանումը, սերիական և լոտային համարները: Արտադրանքը պետք է ունի արտադրողի որակի հավաստագրեր (ISO 13485 կամ համարժեք) Լինի գրանցված բժշկական արտադրանք Պահպանի ստերիլությունը մինչև կիրառման պահը Չպարունակի լատեքս
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТРЕЙД МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220404-ЕЦДЦ12Р-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					