

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ Ներարկման համակարգ	Ավտոմատ Ներարկման համակարգ Մոնիտորը ոչ պակաս 3.0" գունավոր TFT տեսակի Կիրառվող Ներարկիչներ, առնվազն՝ 5; 10; 20; 30; 50; 60մլ Ներարկումների չափերը՝ 0,1-2000 մլ/ժ (0.01 մլ/ժ; 0,1 մլ/ժ և 1,0 մլ/ժ քայլերով, կարգավորելի) Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm 2\%$ -ի սահմաններում: Ներարկումների ծավալի կարգավորում Էկրանին՝ 0,1-9999,9 մլ (0,1 մլ քայլով) Ներարկման ժամանակի կարգավորում Էկրանին՝ 00:01-99:59 ր (1 րոպե քայլով) Բոյլուսի

					հաճախականությունը՝ լինի ծրագրավորվող և կարգավորելի, (ավտոմատ/մեխանիկական) 0,1-2000 մլ/ժ - Բոլյուսի ծավալային միջակայք առնվազն՝ 1,0-50,0 մլ (0,1 մլ քայլով) KVO հաճախականություն 0,0 – 10,0 մլ/ժ, ծրագրավորվող և կարգավորելի Մաքրման հաճախականությունը՝ 50մլ ներարկիչ՝ 1,500 մլ/ժ 30մլ ներարկիչ՝ 900 մլ/ժ 20մլ ներարկիչ 600 մլ/ժ 10մլ ներարկիչ՝ 300 մլ/ժ 5մլ ներարկիչ՝ 150 մլ/ժ Խցանման ճնշումը առավելագույն՝ 120kPa ($\pm$ 15kPa) նվազագույնը՝ 30kPa ($\pm$ 15kPa), կարգավորելի Սարքը պետք է ունենա ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝ ներարկման վաղ ավարտ, ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք այլն: Սարքը պետք է ունենա ազդանշանի ուժգնության կարգավորման հնարավորություն Սարքը պետք է ունենա աչ պակաս 2000 գործողությունների ստուգման և հիշողության գրանցման հնարավորություն Սնուցման
--	--	--	--	--	---

				աղբյուր AC 100V~240V ($\pm 10\%$), 50/60Hz; ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W Առնվազն 8 ժամ ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն, Համակարգչին միացման առկայություն Անվտանգության դաս I դաս, CF, IP44 առնվազն Կապ ինտերֆեյս. առնվազն RS232 Չափերը՝ ոչ ավել 250*160*130մմ: Քաշը ոչ ավել 2,8 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, , չօգտագործված, ունենա բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը պետք է կատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս, ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԳՐԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ինժեկտոմատ/ ավտոմատ ներարկման համակարգ	Ավտոմատ ներարկման համակարգ Մոնիտորը ոչ պակաս 3.0" գունավոր TFT տեսակի Կիրառվող ներարկիչներ, առնվազն՝ 5; 10; 20; 30; 50; 60մլ ներարկումների չափերը՝ 0,1-2000 մլ/ժ (0.01 մլ/ժ; 0,1 մլ/ժ և 1,0 մլ/ժ քայլերով, կարգավորելի) Մեխանիկական ճշգրտությունը $\pm 2\%$ -ի սահմաններում: Ներարկումների ծավալի կարգավորում էկրանին՝ 0,1-9999,9 մլ (0,1 մլ քայլով) ներարկման ժամանակի կարգավորում էկրանին՝ 00:01-99:59 ր (1 րոպե քայլով) Բոլյուսի

					հաճախականությունը՝ լինի ծրագրավորվող և կարգավորելի, (ավտոմատ/մեխանիկական) 0,1-2000 մլ/ժ - Բոլյուսի ծավալային միջակայք առնվազն՝ 1,0-50,0 մլ (0,1 մլ քայլով) KVO հաճախականություն 0,0 – 10,0 մլ/ժ, ծրագրավորվող և կարգավորելի Մաքրման հաճախականությունը՝ 50մլ ներարկիչ՝ 1,500 մլ/ժ 30մլ ներարկիչ՝ 900 մլ/ժ 20մլ ներարկիչ 600 մլ/ժ 10մլ ներարկիչ՝ 300 մլ/ժ 5մլ ներարկիչ՝ 150 մլ/ժ Խցանման ճնշումը առավելագույն՝ 120kPa ($\pm$ 15kPa) նվազագույնը՝ 30kPa ($\pm$ 15kPa), կարգավորելի Սարքը պետք է ունենա ազդանշաններ հետևյալ դեպքերում՝ ներարկման վաղ ավարտ, ներարկման ավարտ, խցանումը, ոչ ճիշտ ներարկչի տեղադրումը, սխալ տեղադրում, մարտկոցի ցածր լիցք այլն: Սարքը պետք է ունենա ազդանշանի ուժգնության կարգավորման հնարավորություն Սարքը պետք է ունենա աչ պակաս 2000 գործողությունների ստուգման և հիշողության գրանցման հնարավորություն Սնուցման
--	--	--	--	--	---

				աղբյուր AC 100V~240V ($\pm 10\%$), 50/60Hz; ներկառուցված վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց, 11.1V, 2600 mAh, 12-15V, 15W Առնվազն 8 ժամ ներկառուցված մարտկոցի աջակցություն, Համակարգչին միացման առկայություն Անվտանգության դաս I դաս, CF, IP44 առնվազն Կապ ինտերֆեյս. առնվազն RS232 Չափերը՝ ոչ ավել 250*160*130մմ: Քաշը ոչ ավել 2,8 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, , չօգտագործված, ունենա բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը, և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Ապրանքը պետք է արտադրված լինի ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցումը պետք է կատարվի տեղում՝ մասնագետի կողմից: Օգտագործման ձեռնարկ ռուսերեն: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը 12 ամիս, ISO և EC սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն:
--	--	--	--	---