

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵՔՍ ՍՊԸ-ն «ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/19» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	PRECISET RF	PRECISET RF	Roche Diagnostics	Preciset RF, Կոբաս ինտեգրա վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ ոչ պակաս քան 5 x 1 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: For In Vitro Diagnostic onlyՊիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «14-11-0000000-26/19» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
41	PRECISET RF	PRECISET RF	Roche Diagnostics	Калибратор Preciset RF для анализатора Cobas Integra 400 plus. Формат не менее- 5x1 мл. Обязательное наличие фирменного знака.Условия хранения: 2-8С. Наличие не менее 50% срока годности при доставке.For In Vitro Diagnostic only