ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	APTT Si L Minus	HELENA	APTT Si L Minus Cat. No. 5560	Helena Biosciences Europe/ UK	Ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որաշման հավաքածու APTT+ CaCl2: Մեթոդ ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում: Ֆորմատ՝10x10մլ 1000թեստ: Ստուգվող նմուշ պլազմա: Ձեռնարկում պարունակվի կոագուլոմետրի ծրագրավորման մեթոդը: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն: : ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8°C:For In Vitro Diagnostic only

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԳL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	APTT Si L Minus	HELENA	APTT Si L Minus Cat. No. 5560	Helena Biosciences Europe/ UK	Набор для определения активированного частичного тромбинового времени (АЧТВ) с CaCl2: метод определения фибриногенового времени. Формат: не более 5 флаконов по 4 мл (200 тестов). Образец плазмы для анализа. В руководстве будет указан метод программирования коагулометра. Срок годности: 2/3 на момент доставки: : имеются сертификаты ISO 13485. Условия хранения: 2–8 °C. Только для диагностики in vitro.