

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
74	Roche Diabetes Care	Արյան մեջ գլյուկոզի որոշման ակկուլ-չեկ պերֆորմա սարքի թեստ-երիզներ, ֆորմատը՝ 50-100 հատ նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն: չափման մեթոդ՝ Էլեկտրոքիմիական: չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ: չափման ժամանակահատվածը՝ 5վրկ: արյան ծավալը՝ 0.6 մկլ: հեմատոկրիտի թուլատրելի միջակայքը՝ 10-65% կալիբրացիա՝ համակարգը կալիբրավորված ըստ երակային արյան, որը հիմնված է հեքսոկինազային մեթոդի վրա և համապատասխանում է NIST չափորոշիչին, Mut. Q- GDH 2 կայուն թթվածնի ազդեցության հանդեպ: Թեստ-երիզների ժամկետը՝ չի փոփոխվում անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 CE0123 չափորոշիչների պահանջներին: մասնակիցը կներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված ՀՀ տարածքում վաճառքի արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին ապրանքը կունենա առնվազն 1 (մեկ) տարի պիտանիության ժամկետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQNP-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
74		