

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտոր	Խնամյալի մոնիտորը ցուցադրելու է սրտագրությունները, չափելու է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվելու է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվելու է Էկրանին ալիքի և

					թվային ցուցանիշների ձևով: Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ. գունավոր TFT կամ LED կամ LCD էկրան, էկրանի անկյունագիծը ոչ պակաս քան 15", ոչ պակաս քան 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ունենա ցուցադրման դաշտեր: Թողունակության արագությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան հետևյալ ցուցանիշների համար` 6.25, 12.5, 25 մմ / վրկ Մարտկոցը պետք է լինի ինտեգրված: Մարտկոցի գործարկման ժամանակը ` ոչ պակաս քան 3 ժամ: Սնուցում` 100~250 (Վ)AC, 50/60Հց Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառելու են ` ECG, RESP, NIBP, SPO2, սրտի զարկերի հաճախականություն, DUAL-TEMP S- T, սեզմենտի սինխրոն հայտնաբերում և վերլուծություն Սարքը պետք է ունենա բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (ոչ պակաս քան 330 ժամ) Սարքը պետք է ունենա կենտրոնական մոնիտոր
--	--	--	--	--	---

					կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն ECG Ուղիի ռեժիմը/lead mode/՝ 5 ուղի (R, L, F, N, C կամ RA, LA, LL, RL,V) Ուղիի ընկտրություն /Lead selection/՝ I, II, III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև /Waveform/՝ 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը՝ 3 ուղի (R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի ընկտրություն՝ I, II, III, Ալիքի ձև՝ 1-ալիք Կալիբրացման ազդանշան ոչ ավել, քան՝ 1 mVp-p, ճշգրտությունը՝ $\pm 5\%$ Սրտի զարկերի չափման և ահազանգի միջակայքը ոչ պակաս, քան՝ 15-ից 300 գ/րոպե Չգայունությունը ոչ պակաս, քան 200 (μV P-P) Դիֆերենցիալ մոնիթորինգի դիմադրություն ոչ պակաս, քան՝ 5 MΩ ԷԿԳ ազդանշանի տիրույթ՝ ± 8 mV (Vp-p) ST սեգմենտի մոնիտորինգի տիրույթ՝ Չափում և ազդանշան ոչ պակաս քան -2.0 ~ +2.0 mV ARR հայտնաբերում Տեսակը՝ ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT»2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP , PNC Մոնիթ. ECG մալուխ, ստանդարտ AAMI մալուխի միակցիչ Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և
--	--	--	--	--	--

					տեսողական ազդանշան RESP Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն ոչ պակաս, քան՝ 2,5 MΩ Չափման դիմադրության տիրույթը՝ 0.3~5.0Ω Չափման և ազդանշանային միջակայքը ՝ Մեծահասակ՝ 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին՝ 0-150 շնչ / րոպե SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան՝ 0 - 100% NIBP Մեթոդը ՝ օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը ՝ ձեռքի / ավտոմատ/ STAT, թողունակությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման միջակայքը ավտոմատ ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240,480 (Min) Սրտի զարկերի հաճախականությունը ՝ 40 ~ 240 զարկ/րոպե Ազդանշանի տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային տիրույթ Մեծահասակների ռեժիմ SYS ոչ պակաս, քան՝ 40 ~ 270 մմ ս.ս. DIA ոչ պակաս, քան ՝ 10 ~ 215մմ ս.ս. MEAN ոչ պակաս, քան՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական ռեժիմ SYS ոչ պակաս, քան՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA ոչ պակաս, քան՝ 10 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN ոչ պակաս, քան՝ 20 ~ 165 մմ
--	--	--	--	--	---

					մասնագետի կողմից Երաշխիք՝ 12 ամիս Սարքեր պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--	---