

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ-ՎԻ-ԷՖ ՍՏԱՐՏ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	CooperSurgical	CooperSurgical-	CooperSurgical	Wallace	Ապրանքի Փաթեթավորում - 1x10 հատ Օգտագործման ցուցումներ: Լվացված սերմնահեղուկի ներմուծում արգանդի խոռոչ: (ներարգանդային արհեստական բեղմնավորում) Ապրանքի նկարագրությունը: միանգամյա օգտագործման ստերիլ սարքեր են լվացված սերմի արգանդի խոռոչ ներմուծելու համար. Այս սարքը բաղկացած է ճկուն ներքին կաթետերից և արտաքին պատյան, որը կցված է ներքին կաթետերն ամբողջ տարածքում ունի միատեսակ երկարություն, կշռում է

					<p>16 գ և պարունակում է 0,2 մլ հեղուկ: Կաթետեր ունի 2 կողային անցքեր, որոնք տեղակայված են հարթ հարթության վրա: Ներքին կաթետերը դուրս է գալիս արտաքին կաթետերից 5 սմ, կեղևը, որը պարունակում է նշաններ 1 սմ քայլով միջև վերջ:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АИ-ВИ-ЕФ СТАРТ ЛАБОРАТОРИЯ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22000000-0000000000-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	CooperSurgical-	CooperSurgical-	CooperSurgical-	Wallace	Упаковка продукта - 1x10 шт. Инструкция по применению. Введение промытых сперматозоидов в полость матки (внутриматочная искусственная инсеминация). Описание продукта: одноразовые стерильные устройства для введения промытых сперматозоидов в полость матки. Это устройство состоит из гибкого внутреннего катетера и внешней оболочки, которая крепится к нему. Внутренний катетер имеет одинаковую длину по всей длине, весит 16 г и содержит 0,2 мл

					<p>жидкости. Катетер имеет 2 боковых отверстия, расположенных на плоской поверхности. Внутренний катетер выступает на 5 см от внешнего катетера, оболочки, на которой имеются метки с шагом 1 см между концами.</p>
--	--	--	--	--	---