

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	U. parvum / U. urealyticum FL	U. parvum / U. urealyticum FL	Amplisens	Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված U. parvum / U. urealyticum ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է 110 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս պետք է տրամադրել սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պետք է պարունակի նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի զգայունությունը՝ առնվազն 100 գենոմային

			համարժեք/մլ; Հավաքի ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը պետք է մատակարարվի՝ արդեն իսկ լցված 0.2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունենա ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485, 9001, CE և/կամ IVD Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 1-204-100000000-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
45				