

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	АмплиСенс® U. parvum / U. urealyticum-FL	АмплиСенс	ЦНИИ Эпидемиологии	Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված U. parvum / U. urealyticum ԴՆԹ-ի՝ կլինիկական նմուշներում հայտնաբերման և տարբերակման համար՝ ՊՇՌ մեթոդի միջոցով: Նախատեսված է 110 նմուշների համար: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 Corbett Research, Rotor-Gene Q Qiagen, CFX96 Bio-Rad, սարքերի հետ աշխատելու համար: Հավաքածուն մատակարարելիս տրամադրվում է սարքերի ծրագրավորման, ինչպես նաև դրա միջոցով արդյունքների վերլուծության մանրամասն հրահանգները: Հավաքի սպեցիֆիկությունը՝ 100%: Հավաքածուն պարունակում է նուկլեինաթթուների անջատման արդյունավետության ստուգիչ և ՊՇՌ անցկացման արդյունավետության ստուգիչ: Հավաքի զգայունությունը՝ 100 գենոմային համարժեք/մլ: Հավաքի

				ՊՇՌ խառնուրդի մի մասը մատակարարվում է՝ արդեն իսկ լցված 0.2 մլ ծավալով ՊՇՌ փորձանոթների մեջ: Հավաքածուի տեղափոխման ջերմային ռեժիմը 2 - 8°C է, 5 օրից ոչ ավել: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70%-ի առկայությունն մատակարարման պահին: Արտադրությունն ունի ներդրված որակի կառավարման համակարգ՝ որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին համապատասխան (ISO 13485 Մատակարարը պետք է իրականացնի թեստի ծրագրավորումը, անձնակազմի ուսուցումը՝ թեստի անցկացման բոլոր փուլերի և արդյունքների վերլուծության համար:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом HZUЧ-EUQU7QF-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
45				