

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԷՄՋԻ ՍՊԸ-ն ԻԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի Contour Plus որոշման թեստ- երիզներ կամ համարժեքը*	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի Contour Plus որոշման թեստ- երիզներ կամ համարժեքը*	Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի Contour Plus որոշման թեստ- երիզներ կամ համարժեքը*	Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ուկրաինա, Բելոռուս, Եվրոպա	Contour Plus թեստ-երիզներ Նմուշի տեսակը՝ մազանոթային արյուն Չափման միջակայքը՝ 0.6-33.3 մմոլ/լ Արյան ծավալը՝ 1-0.6 մլ Թեստ- երիզների ժամկետը՝ պետք է չփոփոխվի անկախ սրվակի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է EN ISO 15197:2013 չափորոշիչների պահանջներին: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +0 մինչև +30 C: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է Եվրոպական դերեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:

				Գործառնական բարձրություն՝ մինչև 6300 մ ծովի մակարդակից: Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB (MicroB): Արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր (ավտորիզացիա) և հավաստագրեր արտադրողի ձևաթղթով: Հանձնման պահին (մեկ) տարի պիտանելության ժամկետի ապահովում, տուփը փակ է, մի կողմից ռուսերեն մակնշմամբ և չորս կողմից տուփի վրա առկա է նույն պատկերը:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АЕМДЖИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИРЧ-ЕЦДЦПЗР-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6					