

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	HAR36 HARMONIC ACE® +	Johnson & Johnson, Ethicon Endo	Հարմոնիկ ուլտրաձայնային ծայրադիր 5 մմ 36 սմ ատրճանակատիպ, երկարությունը - 47սմ:Սայրի մաքսիմալ ամպլիտուդան կազմում է 91.2 մկմ:Ցողունի տրամագիծը կազմում է 5 մմ:Ցողունի պտույտը կազմում է 360° որն իրականացվում է պտույտի օղի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի և բռնակի միացման մասում (ապահովում է արագ հասանելիություն մեկ ձեռքի միջոցով) -հեշտացնելով գործիքի և վիրահատվող հյուսվածքների տեսանելիությունը:Պասիվ բրանշի վրա երկու կողմնային մակերեսներին առկա են 5 մմ երկարության ինդիկատորներ:Առկա է ակոսավոր մուտք լապարասկոպիկ բռնակին միանալու համար:Բրանշերի առբերման ատրճանակաձև բռնակ:Բրանշերի առբերման բռնակի վրա ներքին մակերեսին, ձեռքի ակտիվացման կոճակների և պտտման օղի վրա առկա են ռետինե ներդիրներ որոնք կանխում են վիրաբույժի ձեռքերի սահումը և նպաստում են նրա ձեռքերի հարմարավետ տեղակայմանը:Աշխատանքային մասը բաղկացած է ակտիվ (սայր) և պասիվ բրանշերից:Ակտիվ բրանշը տիտանային է հյուսվածքների սոսնձումը կանխող հատուկ ծածկույթով, կոր

		Է սև որի շնորհիվ նվազեցվել է փայլատակումը և ավելացվել աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը, կտրվածքի վրա ունի վեցանկյուն տեսք: Ակտիվ բրանշի ուռուցիկ և գոգավոր մակերեսները ինչպես նաև պրոքսիմալ մասը հիմնականում նախատեսված են հյուսվածքների կոագուլյացիայի համար: Սուր վերին և ստորին եզրերը, ինչպես նաև ակտիվ բրանշի դիստալ հատվածը /ծայրը/ նախատեսված են հյուսվածքները հատելու համար: Պասիվ բրանշը ունի պլաստիկ ակոսավոր վրադիր հյուսվածքների հետ արդյունավետ աշխատելու համար: Ակտիվ բրանշի երկարությունը կազմում է 15 մմ: Պասիվ բրանշի լայնությունը կազմում է 2,67 մմ: Բրանշերի բացվածքը կազմում է 11,35 մմ: Սեղմող բրանշի շեղման մաքսիմալ անկյունը կազմում է 22°: Մատակարարվում է աշխատանքային մասի շարժական գորշ բանալիով: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար, ենթակա չէ կրկնակի ստերիլիզացիայի: Մատակարարվում է ստերիլ , կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլյատորով հիվանդների մոտ: Համատեղելի է GEN11 գեներատորի հետ «հարմոնիկ» ծայրադիրների համար նախատեսված հատուկ փոխարկիչի միջոցով: Մատակարարը պետք է տրամադրի GEN11-ի արտադրող /Ջոնսոն Եվ Ջոնսոն կորպորացիա/-ի կողմից պաշտոնական նամակ, որով կհաստատի, որ իր ներկայացված ծայրադիրները համատեղելի են GEN11 գեներատորի հետ և կիրառման դեպքում անվնաս են սարքի , բուժ անձնակազմի եվ հիվանդի համար:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПЗР-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
35	-	-	-