

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
103	EMERGE™ PTCA Dilatation Catheter	EMERGE™ PTCA Dilatation Catheter	EMERGE™ PTCA Dilatation Catheter	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, մուտքային պրոֆիլը 0,017": Բալոնի չափսերը` -1,20 և 1,50մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը` ոչ պակաս քան 20մմ; -2,00; 2,50; 3,00; 3,50 և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները` առնվազն 7 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը` ոչ ավել

քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս  
քան 40մմ; -2,25; 2,75; 3,25 և 3,75մմ  
տրամագծերի համար  
երկարությունները՝ առնվազն 6 չափ  
յուրաքանչյուր տրամագծի համար,  
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել  
քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս  
քան 30մմ; -4,50 և 5,00մմ  
տրամագծերի համար  
երկարությունները՝ առնվազն 5 չափ  
յուրաքանչյուր տրամագծի համար,  
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել  
քան 6մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս  
քան 20մմ: -5,50 և 6,00մմ  
տրամագծերի համար  
երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ  
յուրաքանչյուր տրամագծի համար,  
ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել  
քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս  
քան 20մմ: Վաճառողը պարտավոր է  
սեփական միջոցների հաշվին  
իրականացնել հետևյալ  
գործառույթները. Յուրաքանչյուր  
խոտանված ապրանքի դեպքում  
Պատվիրատուից տրամադրված  
տեղեկությունը փոխանցել  
Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի  
համար արտադրողի  
բացատրությունը և ներկայացնել

				<p>Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-ЕЦΔУ72Р-26/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
103	-	-	-	-	-