

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
48	ՀԴԼ խղեստերինի որոշման թեստ նախատեսված ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 280 թեստ: Փաթեթավորում՝ ACCENT MC240 վերլուծիչի համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT MC240 ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУФЧ-ЕЦЦЧЗР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
48	