

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԱՄԱԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
55	Ստուգիչ սիճուկ պաթուլոգիկ նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար: Ֆորմատ՝ 5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT MC240 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УТС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУФЧ-ЕЦЦТЗР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
55	