

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	IPG SR	IPG SR	IPG SR	Medtronic	<p>Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունկցիայով (VCM), շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ առնվազն ամեն 15ր մեկ : Մարտկոցի տիպը` լիթիում-յոդ; Սարքավորումը` Կոնեկտոր (կցորդ) IS-1 BI/UNI: Չանգվածը ոչ ավել, քան 21.5գ. ; Գաբարիտները ոչ ավել, քան 40.2մմ x 42.9մմ x 7.5մմ; Ծավալը ոչ ավել,</p>

քան 9.7 սմ3; Լարումը՝ 2.8Կ:
Շահագործման ժամկետը ոչ պակաս, քան 10.4տ (SSR կամ SSI, 60 bpm, 100% ռիթմ, փորոքային 2.0 V, զարկերակային լայնություն 0.4 ms, դիմադրություն 1000 Ω):
Խթանման ռեժիմները՝ VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև մեկ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր:
Կախված պատվերից էլեկտրոդը կարող է լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայով: Փորոքային խլման կարգավորման ֆունկցիայի առկայություն, ստիմուլյացիայի շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ առնվազն ամեն 15ր մեկ; Քնի ֆունկցիայի առկայություն ծրագրավորված ժամանակահատվածում առանձին հաճախականությամբ ծրագրման հնարավորությամբ; Ակտիվացման ժամանակ դետեկցիայի ապահովագրման ֆունկցիայի առկայություն, զգայունության շեմը փոփոխելու հնարավորությամբ, դետեկտացված ամպլիտուդի փոփոխություններին հետեւելու նպատակով: Էլեկտրոդի

մոնիտորինգ իրականացնելու
ֆունկցիայի առկայություն
Էլեկտրոդի ամբողջականությանը
հետեւելու նպատակով, չափելով ու
գրանցելով Էլեկտրոդի իմպեդանսը,
Էլեկտրոդը բեւեռականությունը
կրկնաբեւեռից միաբեւեռի փոխելու
հնարավորությամբ: ՆՖ/ՆՇ
Ժամանակ փորոքների կրճատման
կանոնավորության հասնելու
նպատակով փորոքների
ստիմուլյացիայի
հաճախականության փոփոխման
ֆունկցիայի առկայություն:
Ստիմուլյացիայի պարամետրեր՝
Ստորին հաճախականությունը
30-170 զարկ/ր; Սենսորի վերին
հաճախականությունը 80-180
զարկ/ր; ԱՆ Եւ ԱՓ
ստիմուլյացիա E3յի ամպլիտուդան
0,5- 7,5 V; Իմպուլսի տեւողությունը
0,12- 1,5 մվ; Չգայունությունը 0,25-
4 մվ; Ստիմուլյացիայի
բեւեռականությունը - Երկբեւեռ,
Միաբեւեռ, Կարգավորվող:
Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK
կամ FDA որակի վկայականների
առկայություն: Կիրառելի
կլինիկայում առկա Medtronic

ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ կներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>ООО Интермед Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕЦДН12Р-26/10 ниже</p>					<p>Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում: 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.ստորադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի տեխնիկական հատկությունները և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով,</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>наименование производителя</p>	<p>խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի տեխնիկական հատկությունները</p>
<p>56</p>	<p>IPG SR</p>	<p>IPG SR</p>	<p>IPG SR</p>	<p>Medtronic</p>	<p>Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով,</p>