# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 68 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան: ՈՒնի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr կամ 5,2Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջող երկարություններն են 65սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ (թույլատրելի տատանումը՝ ±2%)՝ ըստ համապատասխան ձևերի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի ծայրի ձևերն են՝Ber 2, JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբէկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 68 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն կամ պոլիուրետան: ՈՒնի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր: Մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից և վիրահատության տեսակից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 5Fr կամ 5,2Fr: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջող երկարություններն են 65սմ-ից մինչև 125սմ ներառյալ (թույլատրելի տատանումը՝ ±2%)՝ ըստ համապատասխան ձևերի: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի ծայրի ձևերն են՝Ber 2, JL 3,5; JL4; JL4,5; JL5; JL6; JR3,5; JR4; JR5; JR6; AL.75; AL1; AL2; AL3; AR1; AR2; MPA2; BIL4; IM; PIG: Ֆորմատ՝ հատ: Ցանկացած մատակարարված |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբէկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»: |