

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
149	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	<p>Լապարոսկոպիկ տրոակար Տրամագիծը՝ առնվազն 4.7մմ և առավելագույնը 5մմ Երկարությունը՝ առնվազն 5,5սմ և առավելագույնը 6.5սմ Պիրամիդաձեւ ստիլետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Ինսուֆլյացիայի միացք Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպամամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձեւ ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL</p>

				<p>STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Փականի համատեղելիությունը KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
149	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Լապարոսկոպիկ տրոակար Տրամագիծը՝ առնվազն 4.7մմ և առավելագույնը 5մմ Երկարությունը՝ առնվազն 5,5սմ և առավելագույնը 6.5սմ Պիրամիդաձև ստիլետ Սիլիկոնե թերթիկով փական Ինսուֆլյացիայի միացք Կոմպլեկտ. Ստիլետ, կանյուլա, սիլիկոնե թերթիկով փական Կրկնակի օգտագործման Ինսուֆլյացիայի միացք LUER կողպամամբ Ստերիլիզացիա գոլորշով՝ 134°C, 2 մթն, 5 րոպե Կանյուլայի աշխատանքային մասի արտաքին մակերեսը՝ հարթ Կանյուլայի համատեղելիություն KARL STORZ ընկերության տրոակարի ստիլետների և փականների հետ Աշխատանքային մասի նյութը՝ մետաղ Աշխ. մասի ծայրի անկյունը, աստիճան՝ առնվազն 43° և առավելագույնը 47° Գունային մարկիրովկայի առկայություն Ստիլետ՝ պիրամիդաձև ձևով Ստիլետի համատեղելիություն KARL

				<p>STORZ-ի տրոակարի կանյուլայի և փականի հետ Փականի համատեղելիությունը KARL STORZ-ի տրոակարի ստիլետի և կանյուլայի հետ Կանյուլայի կորպուսը՝ պատրաստված պլաստիկից Կանյուլայի և կափարիչի միացման տիպը՝ պտուտակային Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Տրոակորի տեղադրումը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Տրոակորը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:</p>
--	--	--	--	--