

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
150	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցանի ներդիր՝ Նախատեսված Karl Storz բիպոլյար համակարգերի համար: Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցանի ներդիրը պարտադիր համատեղելի է համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Karl Storz 26176 բիպոլյար կոագուլյացիոն համակարգի հետ: Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցանի ներդիրի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 5մմ, նախատեսված է 6մմ տրամագծով տրոակարի միջոցով աշխատելու համար: Երկարությունը 33 սմ անոց աքցանին համապատասխան: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցանի ներդիրի, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների

				Ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցանի ներդիրը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
150	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բիպոլյար կոագուլյացիոն արքանի ներդիր՝ նախատեսված Karl Storz բիպոլյար համակարգերի համար: Բիպոլյար կոագուլյացիոն արքանի ներդիրը պարտադիր համատեղելի է համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Karl Storz 26176 բիպոլյար կոագուլյացիոն համակարգի հետ: Բիպոլյար կոագուլյացիոն արքանի ներդիրի տրամագիծը՝ ոչ ավել, քան 5մմ, նախատեսված է 6մմ տրամագծով տրոակարի միջոցով աշխատելու համար: Երկարությունը 33 սմ անոց արքանին համապատասխան: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Բիպոլյար կոագուլյացիոն արքանի ներդիրի, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների

				Ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Բիպոլյար կոագուլյացիոն աքցանի ներդիրը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---