ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
153	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Ռոտացիոն աթերէկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերէկտոմիայի մեթոդով քրոնիկական խցանումների ոչնչացման համար: Ներառում է՝ - 1 հատ – Վահանակ (Rotapro Console Kit կամ համարժեք), որը կարգավորում է օդի հոսքը դեպի կառավարման սարք, վերահսկելով գայլիկոնի պտտման արագությունը, ինչպես նաև հետևում և ցուցադրում է պտտման արագությունը և աթերէկտոմիայի ընթացքի ժամանակը: Գործում է ինչպես ազոտի, այնպես էլ սեղմված օդի միջոցով, ունի վառ թվային էկրան, դանդաղեցման ցուցիչ, պարզեցված միացումներ, սեղմակ ստենդի վրա IV ներարկումների համար; աշխատանքային լարումը՝ 100-240V; հաճախականությունը՝ 50-60 հց; հզորությունը՝ 70Վտ; գործող ճնշումը՝ 620,5 կՊա – 758,4 կՊա; պտտման

				արագությունը՝ 190 000 պտ/րոպե; քաշը՝ ոչ ավել քան 3,6 կգ: - 6 հատ գայլիկոնի գլխիկներ (Rotapro Pre-Connected Burr and Advancing Device կամ համարժեք): Դիզայնը՝ ադամանդե ծածկով, աշխատանքային մակերեսը ծածկված է 2000-3000 միկրոսկոպիկ բյուրեղներով՝ 20 միկրոն չափերով, որոնք դուրս են գալիս նիկելի հիմքից 5 մկմ: Առկա չափերը՝ 1,25մմ; 1,50մմ; 1,75մմ; 2,0 մմ; 2,15 մմ; 2,25 մմ; 2,38 մմ; 2,5 մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): - 8 հատ ուղղորդիչ (RotaWire կամ համարժեք), երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 330 սմ; ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 2,2 սմ, 2,8 սմ; զսպանակի ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 0,009''; ծայրի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 0,014'': 4: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է մատակարաի կողմից: Հավաքածույում ներառված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի արտադրության: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: Պետք է համապատասխանի միջազգային որակի ստանդարտներին (CE Mark կամ համարժեք): "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
153	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	"Ռոտացիոն աթերէկտոմիայի համակարգ, որը նախատեսված է արագ պտտվող աթերէկտոմիայի մեթոդով քրոնիկական խցանումների ոչնչացման համար: Ներառում է՝ - 1 հատ – Վահանակ (Rotapro Console Kit կամ համարժեք), որը կարգավորում է օդի հոսքը դեպի կառավարման սարք, վերահսկելով գայլիկոնի պտտման արագությունը, ինչպես նաև հետևում և ցուցադրում է պտտման արագությունը և աթերէկտոմիայի ընթացքի ժամանակը: Գործում է ինչպես ազոտի, այնպես էլ սեղմված օդի միջոցով, ունի վառ թվային էկրան, դանդաղեցման ցուցիչ, պարզեցված միացումներ, սեղմակ ստենդի վրա IV ներարկումների համար; աշխատանքային լարումը՝ 100-240V; հաճախականությունը՝ 50-60 հց; հզորությունը՝ 70Վտ; գործող ճնշումը՝ 620,5 կՊա – 758,4 կՊա; պտտման

				արագությունը՝ 190 000 պտ/րոպե; քաշը՝ ոչ ավել քան 3,6 կգ: - 6 հատ գայլիկոնի գլխիկներ (Rotapro Pre-Connected Burr and Advancing Device կամ համարժեք): Դիզայնը՝ ադամանդե ծածկով, աշխատանքային մակերեսը ծածկված է 2000-3000 միկրոսկոպիկ բյուրեղներով՝ 20 միկրոն չափերով, որոնք դուրս են գալիս նիկելի հիմքից 5 մկմ: Առկա չափերը՝ 1,25մմ; 1,50մմ; 1,75մմ; 2,0 մմ; 2,15 մմ; 2,25 մմ; 2,38 մմ; 2,5 մմ (ըստ պատվիրատուի պահանջի): - 8 հատ ուղղորդիչ (RotaWire կամ համարժեք), երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 330 սմ; ճկուն ծայրի երկարությունը՝ 2,2 սմ, 2,8 սմ; զսպանակի ծայրի տրամագիծը՝ ոչ ավելի, քան 0,009''; ծայրի տրամագիծը՝ ոչ պակաս, քան 0,014'': 4: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմանբ: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան՝ 12 ամիս: Սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, փորձարկումը և բժշկական անձնակազմին շահագործման եղանակների ուսուցումն իրականացվելու են մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ծագած տեխնիկական խնդիրների լուծումը իրականացվելու է մատակարաի կողմից: Հավաքածույում ներառված բոլոր ապրանքները պետք է լինեն մեկ արտադրողի արտադրության: Սարքը տեղադրելուց հետո պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի: Պետք է համապատասխանի միջազգային որակի ստանդարտներին (CE Mark կամ համարժեք): "