

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
154	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի համար արյան ճնշման ինվազիվ չափման /IBP/ մոդուլ: Մոդուլը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Տեխնիկական բնութագրիչներ՝ չափման տեսակ՝ ինվազիվ արյան ճնշում (IBP): Սենսորների տեսակ՝ ստանդարտ disposable կամ reusable pressure transducer-ների աջակցում: Թարմացման հաճախականություն՝ իրական ժամանակում, շարունակական: Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ ցուցադրում սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին (MAP) ճնշման արժեքներ: Ալիքագծի (waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Չգուշացման (alarm) կարգավորելի սահմաններ: Ավտոմատ զրոյացում (zeroing) և կալիբրացիայի

				հնարավորություն: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մոդուլը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
154	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ	Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի համար արյան ճնշման ինվազիվ չափման /IBP/ մոդուլ: Մոդուլը պարտադիր համատեղելի է E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Տեխնիկական բնութագրիչներ՝ չափման տեսակ՝ ինվազիվ արյան ճնշում (IBP): Սենսորների տեսակ՝ ստանդարտ disposable կամ reusable pressure transducer-ների աջակցում: Թարմացման հաճախականություն՝ իրական ժամանակում, շարունակական: Ֆունկցիոնալ հնարավորությունները՝ ցուցադրում սիստոլիկ, դիաստոլիկ և միջին (MAP) ճնշման արժեքներ: Ալիքագծի (waveform) գրաֆիկական ցուցադրում: Չգուշացման (alarm) կարգավորելի սահմաններ: Ավտոմատ զրոյացում (zeroing) և կալիբրացիայի

				հնարավորություն: Ինտեգրում մոնիտորի ընդհանուր ազդանշանային համակարգին: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մոդուլը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի վերջնական աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---