

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի  |               |                        |  |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------------|--|
|                    | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 156                | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ       | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | <p>Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի SPO2 /պոլիսոքսիմետրիայի/ մալուխ-կաբել և տվիչ: Պոլիսոքսիմետրիայի մալուխը և տվիչը պարտադիր համատեղելի են E-15 մոլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Մալուխը դիմացկուն է ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը: Տվիչի տեսակը՝ մատնային (finger clip): Կիրառելի է մեծահասակների համար: Տվիչը դիմացկուն է բազմակի ախտահանման նկատմամբ (reusable sensor): Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը<br>և տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի<br>վերջնական աշխատանքային վիճակի: |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |               |                            |   |
|------------|--------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | товарный знак      | марка         | наименование производителя | технические характеристики  |
| 156        | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ      | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ              | Համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի SPO2 /պոլսօքսիմետրիայի/ մալուխ-կաբել և տվիչ: Պոլսօքսիմետրիայի մալուխը և տվիչը պարտադիր համատեղելի են E-15 մուլտիմոդալ կարդիոմոնիտորի հետ: Միացումը մոնիտորին՝ գործարանային ստանդարտ միակցիչով: Մալուխի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 2.5 մ: Մալուխը դիմացկուն է ախտահանիչ նյութերի ազդեցությանը: Տվիչի տեսակը՝ մատնային (finger clip): Կիրառելի է մեծահասակների համար: Տվիչը դիմացկուն է բազմակի ախտահանման նկատմամբ (reusable sensor): Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Տեղադրումը մատակարար ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | տեղադրման պահից ոչ պակաս, քան 1 տարի: Մալուխը<br>և տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը պետք է բերվի<br>վերջնական աշխատանքային վիճակի: |
|--|--|--|--|--|