

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Կաթետր բալոն	Meril	Lineage	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Արագ փոխման (Rapid Exchange, Rx) համակարգով: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը՝ 142 սմ: Մուտքային (պրոքսիմալ) հատվածի արտաքին տրամագիծը՝ 2.13 Fr: Դիստալ հատվածը պատված է հիդրոֆիլային ծածկույթով՝ բալոնի դիստալ ծայրից մինչև արագ փոխման անցքը: Բալոնը պատրաստված է նեյլոնից (կիսակոմպլայանտ) և ապահովում է վերահսկելի ու անվտանգ դիլատացիա: Ուղորդիչի առավելագույն համատեղելի տրամագիծը՝ 0.014" (0.36 մմ):

				<p>Ռենտգենակոնտրաստ մարկերները՝ պլատին-իրիդիում: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից՝ կաթետերը մատչելի է հետևյալ տրամագծերով՝ 1.25 մմ, 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.25 մմ, 2.5 մմ, 2.75 մմ, 3.0 մմ, 3.25 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4.5 մմ: Նոմինալ աշխատանքային ճնշումը՝ 7 atm (բոլոր տրամագծերի համար): Առավելագույն թույլատրելի ճնշումը (RBP)՝ • 16 atm՝ 1.25 մմ-ից մինչև 4.0 մմ տրամագծերի համար, • 14 atm՝ 4.5 մմ տրամագծի համար:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Կաթետր բալոն	Meril	Lineage	Meril Life Sciences Pvt.Ltd.	Արագ փոխման (Rapid Exchange, Rx) համակարգով: Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը՝ 142 սմ: Մուտքային (պրոքսիմալ) հատվածի արտաքին տրամագիծը՝ 2.13 Fr: Դիստալ հատվածը պատված է հիդրոֆիլային ծածկույթով՝ բալոնի դիստալ ծայրից մինչև արագ փոխման անցքը: Բալոնը պատրաստված է նեյլոնից (կիսակոմպլայանտ) և ապահովում է վերահսկելի ու անվտանգ դիլատացիա: Ուղորդիչի առավելագույն համատեղելի տրամագիծը՝ 0.014" (0.36 մմ):

				<p>Ռենտգենակոնտրաստ մարկերները՝ պլատին-իրիդիում: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից՝ կաթետերը մատչելի է հետևյալ տրամագծերով՝ 1.25 մմ, 1.5 մմ, 2.0 մմ, 2.25 մմ, 2.5 մմ, 2.75 մմ, 3.0 մմ, 3.25 մմ, 3.5 մմ, 4.0 մմ, 4.5 մմ: Նոմինալ աշխատանքային ճնշումը՝ 7 atm (բոլոր տրամագծերի համար): Առավելագույն թույլատրելի ճնշումը (RBP)՝ • 16 atm՝ 1.25 մմ-ից մինչև 4.0 մմ տրամագծերի համար, • 14 atm՝ 4.5 մմ տրամագծի համար:</p>
--	--	--	--	--