

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 82 | Rh/K (Ֆենոտիպավորում) BIOVUE | Ortho Clinical Diagnostics | "Rh համակարգի հակաժինների և Kell որոշում ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով: Բաղադրությունը` Anti-C. Մոնոկլոնային հակամարմիններ Anti-C մարդկային (կլոն MS24), Anti-E: Anti-E մարդու մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն C2), Anti-c. Հակա-c մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն MS42), Anti-e. Մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ Anti- e մուկ (clones MS16, MS21) և MS63) Anti-K. Հակա-K1 մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն MS56): Վերահսկիչ. Ուժեղացուցիչ խառնուրդ: Կասետային թեստերի քանակը 1: Տուփում 400 կասետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը:" |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦЦПР-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 82 | - | - | - |