

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԵԴ-ԻՄՊԵԶՍ ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	Rubella IgG Calibrator Kit	Abbott Diagnostics	Rubella IgG կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար: 6 սրվակ (յուրաքանչյուրը 4,0 մլ): Calibrator A-ն պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի (ոչխարի) կայունացուցիչով: Կալիբրատորները B-F պարունակում են մարդու պլազմա (ռեակտիվ anti- Rubella IgG) սպիտակուցային (ոչխարի) կայունացուցիչով: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЕД-ИМПЭКС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦХЦПФ-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
45	Rubella IgG Calibrator Kit	Abbott Diagnostics	Калибратор антител IgG к краснухе для прибора ARCHITECT i1000. 6 флаконов (по 4,0 мл каждый). Калибратор А содержит плазму человека с белковым стабилизатором (овечьим). Калибраторы ВF содержат плазму человека (реактивные антитела IgG к краснухе) с белковым стабилизатором (овечьим). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества предоставляется.