

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆԻՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Միկրոցենտրիֆուգ	Միկրոցենտրիֆուգ	Միկրոցենտրիֆուգ	Միկրոցենտրիֆուգ	"24 տեղանոց սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ` նախատեսված քիչ կամ միջին տարողունակությամբ` 1.5/2.0 մլ, փորձանոթների և միկրոթեյների համար: . Պտտման առավելագույն արագությունը` 21 300 × g (15 060 պտ/ր), նախատեսված է ստանդարդ մոլեկուլային հետազոտությունների համար . Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF) ` 16873 g . Արագությունը` 100-15060 պտ./րոպետում ( մոտ 100 պտ./ր քայլով) . Արագության և ժամանակի կարգավորում` թվային,

					բարձր ճշգրտությամբ Արագացման Ժամանակը 13վ Դանդաղեցման Ժամանակը 13վ . Աշխատանքային Ժամանակաչափ՝ մոտ 30 վրկ-ից մինչև 9:59 Ժ, շարունակական գործարկման գործառույթով: . Սառեցման ֆունկցիայով . Ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 10°C- ից +40°C Սառեցման համակարգ՝ ներկառուցված, ավտոմատ ջերմաստիճանային վերահսկմամբ . Աերոզոլակայուն՝ QuickLock Pro կափարիչով, ռոտորի կափարիչի հեշտ՝ մեկ ձեռքով կառավարում նոր կոճակային համակարգի միջոցով, կափարիչի ավտոմատ կողպում, անհավասարակշռության հայտնաբերում . Ծրագրային հնարավորություններ (արագացման և արգելակման կարգավորվող ռեժիմներ, 3 ծրագրային կոճակ, արագ պտույտի գործառույթ՝ առանց կոճակը շարունակաբար սեղմելու .Կառավարման վահանակ՝ թվային էկրանով . Ռոտորների ընդլայնված ծրագրային աջակցություն (օր.՝ 5.0 մլ ռոտոր, ճոճվող զամբյուղով ռոտոր PCR ստրիպերի համար) . OptiBowl® դիզայն՝ լուռ
--	--	--	--	--	--

					աշխատանքի համար, նույնիսկ առանց ռոտորի կափարիչի . Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 Վ, 50/60 Հց . Սարքի չափեր՝ մոտ 29 × 48 × 26 սմ . Սարքի անխափան աշխատանքի համար նախատեսված անհրաժեշտ պարագաներ Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմ ուսուցում վերապատրաստված մասնագետի կողմից: Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա արտադրողի առնվազն 1 տարվա պաշտոնական երաշխիք: Սարքը պետք է արտադրված լինի մատակարարումից ոչ շուտ, քան 2 տարի առաջ Մատակարարը պետք է ապահովի սարքավորման տեղադրումը:"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՆԻՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					