

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
75	Նեյրոթրոմբեկտոմիայի գործիք	Նեյրոթրոմբեկտոմիայի գործիք	Նեյրոթրոմբեկտոմիայի գործիք	Նեյրոթրոմբեկտոմիայի գործիք	Նեյրոթրոմբեկտոմիայի գործիք, որը նախատեսված է գլխուղեղի խոշոր ցերեկերակներից բոլոր տեսակի թրոմբերի (թարմ, հին, օրգանիզացված) հեռացման համար: Նպատակը առաջին անցման արդյունքն է (first pass effect): Հրող լարի տրամագիծը ` 0.14": Կիրառվում է 0.21" միկրոկաթետրների հետ: Աշխատանքային մասը պետք է ունենա պրոքսիմալ ստենտ՝ նախատեսված փափուկ թրոմբի ինտեգրման համար, երկու անկման զոնաներ և երկու զույգ "խելացի" մարկերեսներ, որոնք հետադարձ ինֆոմացիա են տալիս թրոմբի ինտեգրման

				<p>ան մասին: Հեռադիր ծայրը պետք է լինի փակ զամբյուղ, որի նպատակը հեռակա թրոմբոէմբոլիայի կանխումն է: Թիրախ անոթի տրամագիծը՝ 2-4.5 մմ, արտաքին տրամագիծը՝ 4.5 մմ ($\pm 1\%$), Ռետրիվերի ընդհանուր երկարությունը՝ 57 մմ ($\pm 1\%$), աշխատանքային երկարությունը՝ 37 մմ ($\pm 1\%$): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ECΔU72P-26/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
75					