

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գայանե Բաղդասարյան Մանվելի Ա/Ձ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/27 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Asahi Intecc | Diagnostic Catheter | . | Asahi Intecc | Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետրին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետրի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կաթետրի երկարությունը 100սմ: Պատրաստման նյութը՝ պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենկոնտրաստ, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0,038``: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гаяне Багдасарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦΔЦΠΩР-26/27 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |