# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|---|---|---|---|
| | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | LEEM-30 | Labor Scientific Instruments | Ջեբբեկի էֆեկտի հետազոտման լաբորատոր սարք՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով. օժտված է ջերմաստիճանային խելացի և գերճշգրիտ կառավարմամբ (սենյակային ջերմաստիճանից մինչև 120°C, ջերմաստիճանի կայունությունը +-1 °C)։ Երկու տարբեր թերմոզույգի սենսորներ. T տեսակ՝ պղինձ-կոնստանտան և K տեսակ՝ նիկել խրոմիում, նիկել սիլիցիում։ Երկուսն էլ բարձր ճշտությամբ, կրկնակի իզոլացված պատյանով՝ հաղորդալարերը ունակ դիմանալու մինչև 260°C ջերմաստիճանի (0-100 °C ջերմաստիճանային միջակայքում սխալանքը ոչ ավել քան 0.5 %)։ Համակարգը ներառում է A դասի PT100 ջերմաստիճանի կառավարման սենսոր՝ ±0.5% ճշտությամբ, ստորակետից հետո 3 նիշ։ Սենսորը ազատորեն հնարավոր է տեղադրել և հանել, իսկ աշխատանքային վիճակի բերելուց հետո (կալիբրովկա) այն հնարավոր լինի օգտագործվել ջերմաստիճանը չափելու համար։ Սարքը հագեցած է թվային միլիվոլտմետրով՝ 20 մՎ միջակայքով կառավարվող և երկու 200 մՎ տիրույթներով, քառանիշ թվային էկրանով, զրոյանալու/վերագործարկելու |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | կոճակով: Համակարգը ներառում է նաև թերմոբաժակ, ինչպես նաև հատուկ խցիկ սառույց պատրաստելու համար: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրտուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЪҶҲ-ЭЦДЦҶЗР-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|---|---|---|---|
| | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | | | |