

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Օրգանիքս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	LEEM-16	Labor Scientific Instruments	<p>Դիէլեկտրիկ թափանցելության չափման լաբորատոր սարք՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով. նախատեսված է վակուումի դիէլեկտրիկ թափանցելիության (<math>\epsilon_0</math>) և հարաբերական դիէլեկտրիկ թափանցելիության (<math>\epsilon_r</math>) չափման, ինչպես նաև LC ռեզոնանսային մեթոդով փոքր ունակությունների չափման համար: Սարքը կազմված լինի DDS ազդանշանային գեներատորից, որն ունենա ներկառուցված LCD էկրան 4.3 դյույմ անկյունագծով, ելքում սինուսոիդալ և ուղղանկյունաձև ազդանշաններ, որոնց հաճախությունները ընկած լինեն 1 <math>\mu</math>Hz - 10 MHz տիրույթում, իսկ ամպլիտուդը՝ 0 - 10 Vp-p -ում: Ազդանշանի շեղման և փուլային արժեքները սահմանվեն ներկառուցված թվային ստեղներով: Նոմինալ դիմադրությունների արժեքները՝ R1 = 1 կՕմ, ճշտությունը ոչ պակաս 0.5% և R2 = 30 կՕմ, ճշտությունը ոչ պակաս 0.1%: Նոմինալ ինդուկտիվությունը L = 10.5 մՀն, ճշտությունը ոչ պակաս 0.3%: Համակարգը պարունակում է հետազոտական հարթակ, որի չափսերն են 297 x 300 մմ. հարթակի կոնտակտային դիմադրությունը առավելագույնը 5</p>

			<p>մՕմ, առավելագույն հոսանքը՝ 10 Ա, բաշխված ունակությունը՝ 1.5 պՖ: Աքսետուարներ՝ 4մմ ստանդարտով մալուխներ, BNC 4մմ մալուխներ՝ հնարավոր համակցելու օսցիոլոսկոպին: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրտուի հետ նախապես համաձայնեցնելով:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Органикс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦДЦПЗР-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
12			