

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	---	---	---	---	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, անկյունային ռոտորով, առնվազն 12 տեղ 5-15մլ փորձանոթների համար, ադապտորներով առնվազն 2մլ, 3մլ և 5մլ փորձանոթների համար նախատեսված, աշխատանքային տիրույթը ոչ պակաս քան 200-6000 պտույտ/րոպե, կարգավորվող ռեժիմներով և պտույտ/րոպե, և g- ուժով, 10 միավոր քայլերով, կարգավորիչը պտուտակային, առավելագույն կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս քան 4200g, կարգավորվող ժամանակաչափ մինչև 99 ժամ, քաշը ոչ ավել քան 15

					կգ, ֆիզիկական չափսերը ոչ ավել 28x37x26սմ, հոսանքը՝ 220Վ, 50-60Հց: Պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարվա երաշխիք, սարքը լինի ամերիկյան կամ եվրոպական արտադրության, որակի հավաստագրի առկայություն: Սարքի տեղադրումը, թողարկումը, կարգաբերումը պետք է կատարի մատակարարը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ECXU72P-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	---	---	---	---	Лабораторная центрифуга с угловым ротором, не менее 12 мест для пробирок объемом 5-15 мл, с адаптерами для пробирок объемом не менее 2 мл, 3 мл и 5 мл, рабочий диапазон не менее 200-6000 об/мин, с регулируемыми режимами и скоростью вращения, а также перегрузкой с шагом в 10 единиц, винтовой регулятор, максимальная центробежная сила не менее 4200g, регулируемый таймер до 99 часов, вес не более 15 кг, габаритные размеры не более 28x37x26 см, электропитание: 220

					В, 50-60 Гц. Должна предоставляться гарантия не менее 2 лет, устройство должно быть американского или европейского производства, и должен быть доступен сертификат качества. Установка, ввод в эксплуатацию и настройка устройства должны выполняться поставщиком.
--	--	--	--	--	---