

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	HERMLE Benchmark	Z206-A-E	Benchmark Scientific	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, անկյունային ռոտորով, առնվազն 12 տեղ 5-15մլ փորձանոթների համար, ադապտորներով առնվազն 2մլ, 3մլ և 5մլ փորձանոթների համար նախատեսված, աշխատանքային տիրույթը ոչ պակաս քան 200-6000 պտույտ/րոպե, կարգավորվող ռեժիմներով և պտույտ/րոպե, և ց- ուժով, 10 միավոր քայլերով, կարգավորիչը պտուտակային, առավելագույն կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս քան 4200g, կարգավորվող ժամանակաչափ մինչև 99 ժամ, քաշը ոչ ավել քան 15

				<p>կգ, ֆիզիկական չափսերը ոչ ավել 28x37x26սմ, հոսանքը՝ 220Վ, 50-60Հց: Պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարվա երաշխիք, սարքը լինի ամերիկյան կամ եվրոպական արտադրության, որակի հավաստագրի առկայություն: Սարքի տեղադրումը, թողարկումը, կարգաբերումը պետք է կատարի մատակարարը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ	HERMLE Benchmark	Z206-A-E	Benchmark Scientific	Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, անկյունային ռոտորով, առնվազն 12 տեղ 5-15մլ փորձանոթների համար, ադապտորներով առնվազն 2մլ, 3մլ և 5մլ փորձանոթների համար նախատեսված, աշխատանքային տիրույթը ոչ պակաս քան 200-6000 պտույտ/րոպե, կարգավորվող ռեժիմներով և պտույտ/րոպե, և g- ուժով, 10 միավոր քայլերով, կարգավորիչը պտուտակային, առավելագույն կենտրոնախույս ուժը ոչ պակաս քան 4200g, կարգավորվող ժամանակաչափ մինչև 99 ժամ, քաշը ոչ ավել քան 15

				<p>կգ, ֆիզիկական չափսերը ոչ ավել 28x37x26սմ, հոսանքը՝ 220Վ, 50-60Հց: Պետք է տրամադրվի առնվազն 2 տարվա երաշխիք, սարքը լինի ամերիկյան կամ եվրոպական արտադրության, որակի հավաստագրի առկայություն: Սարքի տեղադրումը, թողարկումը, կարգաբերումը պետք է կատարի մատակարարը:</p>
--	--	--	--	---