

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՀՀՆԱԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Terumo	Radifocus Introducer	Radifocus Introducer	Terumo	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից պահանջվող երկարությունն է 10սմ, չափսը` 4Fr-6Fr տիրույթի միջակայքում: Անոթային դիլատոր, մինի-ուղղորդիչ 0.018" (0.46 mm), 0.021" (0.53 մմ), 18G պունկցիայի մետաղական ասեղ, որը նախատեսված է ինվազիվ միջամտությունների համար: Մեկ հատ ինտրոդյուսերը կարող է

					<p>օգտագործվել և՛ 5Fr, և՛ 6Fr կաթետերների հետ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար EO, CE MARK կամ FDA և ISO 13485 որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2200904-ЕЦДЦП2Р-26/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9			.		