

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն Վ1Պ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Ստրիպ	Ստրիպ	Ստրիպ	Խոֆման լյա ռոշ	"Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի առնվազն Accu- Chek շաքարաչափերի հետ: Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարված հետազոտության 1 արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12%-ը և ունենա առնվազն ` ISO 13485, ISO 15197 ստանդարտներին համապատ ասխանության վկայականներ:

					Տուփում առկա թեստ երիզների քանակը՝առնվազն 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզներիպիտանելիության ժամկետը՝ ոչ պակաս քան 9 ամիս:Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս քան 50 տոկոսի առկայություն: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել "
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч17-ЕЦДЦ72Р-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14					