

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՅ ԻՆՏԵՆՍԻՒՆԳ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՉԺՀ	Դեֆիբրիլյատոր	Դեֆիբրիլյատոր	ՉԺՀ	Դեֆիբրիլյատոր / Հիվանդի մոնիտոր 1. Ընդհանուր պահանջներ 1. Սարքը պետք է լինի մուլտիֆունկցիոնալ դեֆիբրիլյատոր / հիվանդի մոնիտոր, նախատեսված նախահիվանդանոցային և հիվանդանոցային կիրառման համար 2. Պետք է ապահովի մոնիտորինգ, ձեռքով դեֆիբրիլյացիա, AED ռեժիմ, սինխրոն կարդիովերսիա և ոչ ինվազիվ պեյսինգ 3. Սարքը պետք է համապատասխանի EN/IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-4 ստանդարտներին 4. Պետք է

համապատասխանի AHA և ERC
 ուղեցույցներին (ոչ պակաս քան
 2020-2021 թթ.) 2. Ֆիզիկական և
 շրջակա միջավայրի պահանջներ 1.
 Չափերը՝ մոտ 285 × 170 × 265 մմ
 (առանց արտաքին paddle-ների) 2.
 Քաշը՝ ոչ ավելի քան 4.5 կգ
 (մարտկոցով) 3.
 Ջրապաշտպանություն՝ ոչ պակաս
 քան IPX5 4. Փոշուց
 պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան
 IP5X 5. Աշխատանքային
 ջերմաստիճան՝ -20°C – +55°C 6.
 Պահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C
 – +75°C 7. Խոնավություն՝ 5-95 % (ոչ
 կոնդենսացվող) 8. Բարձրություն՝
 -382 մ-ից մինչև +4575 մ 9. Պետք է
 դիմակայի՝ հարվածներին
 թրթռումներին թափումներին
 (ազատ անկում՝ 0.75 մ, 6 մակերես)
 3. Էկրան 1. Տեսակ՝ գունավոր LCD,
 հպումային, պաշտպանված կոփված
 ապակով 2. Չափը՝ ոչ պակաս քան 8
 դյույմ 3. Լուծաչափություն՝ ոչ
 պակաս քան 1024 × 768 պիքսել 4.
 Ցուցադրվող ալիքներ՝ մինչև 5 ալիք
 5. ԷՍԳ ալիքների դիտման
 ժամանակ՝ ոչ պակաս քան 36 վրկ 6.
 Սվիչ արագություն՝ ԷՍԳ / SpO₂՝

					6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ RESP / CO₂`</p> <p>3, 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 7.</p> <p>Ֆունկցիաներ` Ալիքի սառեցում (Freeze) Screenshot Բարձր կոնտրաստ ռեժիմ Ավտոմատ պայծառություն Gesture control 4. Սնուցում 4.1 AC սնուցում 1. Մուտքային լարում` 100-240 Վ AC 2.</p> <p>Հաճախականություն` 50/60 Հց 3. Մուտքային հոսանք` մոտ 0.8-1.8 Ա</p> <p>4.2 DC սնուցում (ինվերտորով) 1.</p> <p>Մուտքային լարում` 12 Վ DC 2. Ելքային լարում` 230 Վ AC 3. Ելքային հզորություն` մոտ 150 Վտ 5. Մարտկոց 1. Տեսակ` վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային</p> <p>2. Տարողություն` ոչ պակաս քան 4500 mAh 3. Քանակ` 1 մարտկոց 4.</p> <p>Լիցքավորման ժամանակ` մինչև 90 %` ≤3 ժամ մինչև 100 %` ≤4 ժամ (անջատված սարքով) 5. Լիցքի ինդիկատոր` LED, ոչ պակաս քան 5 սեգմենտ 6. Ինքնավար աշխատանք (նոր մարտկոցով)` Մոնիտորինգ` ոչ պակաս քան 6.5 ժամ</p> <p>Դեֆիբրիլյացիա` ≥220 շոկ (360 Ջ) Պեյսինգ` ≥4.5 ժամ 6. Տպիչ (Recorder) 1. Տեսակ` բարձր լուծաչափի ջերմային 2. Ալիքների
--	--	--	--	--	--

					քանակ՝ մինչև 3 ալիք 3. Արագություն՝ 6.25, 12.5, 25, 50 մմ/վրկ 4. Թղթի լայնություն՝ 50 մմ 5. Ավտոմատ գրանցում՝ նշված իրադարձություններ լիցքավորում շոկ ալարմ ինքնաթեստ 7. Տվյալների պահպանում և փոխանցում 1. Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 4 ԳԲ 2. Իրադարձություններ՝ մինչև 1000 դեպք մեկ հիվանդի համար 3. Ալիքների պահպանում՝ մինչև 120 ժամ շարունակական EՍԳ 4. Տաբուլյար տրենդներ՝ ≥ 200 ժամ (1 րոպե լուծաչափ) 5. Ձայնային գրանցում՝ ոչ պակաս քան 8 ժամ 6. Տվյալների արտահանում՝ USB կրիչով 8. Դեֆիբրիլատոր 1. Ալիքաձև՝ երկփուլ, truncated exponential, իմպեդանսի կոմպենսացիայով 2. Էներգիայի ճշգրտություն՝ ± 2 Ջ կամ ± 10 % 3. Միացման ժամանակ՝ ≤ 2 վրկ 4. Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 3 վրկ (200 Ջ) ≤ 7 վրկ (360 Ջ) 5. EՍԳ վերականգնում՝ ≤ 2.5 վրկ 6. Շոկի տրամադրում՝ պադ-Էլեկտրոդներով կամ paddle-ներով 7. Հիվանդի իմպեդանս՝ 25-300 Ω Ձեռքով ռեժիմ Էներգիա՝ 1-ից մինչև 360 Ջ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧЧ-ЕДЗД/ПЗР-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					(քայլերով) Սինխրոն կարդիովերսիա Էներգիայի փոխանցում՝ ≤60 մվ QRS պիկից AED ռեժիմ 1. Կարգավորվող Էներգիա՝ մեծահասակ՝ 100-360 Ջ մանկական՝ 10-200 Ջ 2. Շոկերի քանակ՝ 1-3 (կարգավորվող) 3. Ռիթմի անալիզ → լիցքավորում՝ ≤10 վրկ (սկզբնական) 9. Ոչ ինվազիվ ալտերնատիվ 1. Սինքրոն՝ մոնիթա- քառակուսի իմպուլս 2. Իմպուլսի լայնություն՝ 20 կամ 40 մվ (±5 %) 3. Ռեժիմներ՝ Demand / Fixed 4. Տեխնիկական հատկություններ՝ Հաճախականություն՝ 30-210 պուլս/րոպե 5. Ելքային հոսանք՝ 0-200 մԱ 6. 4:1 pacing ռեժիմ՝ այո 10. ԷՍԳ 1. Ալիքներ՝ 3 և 5 լիդ 2. Լիդերի ընտրություն՝ 3 լիդ՝ I, II, III 5 լիդ՝ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 3. Սրտի հաճախություն՝ մեծահասակ՝ 15-300 bpm մանկական / նեոնատալ՝ 15-350 bpm 4. Arrhythmia, ալարմներ, ST/QT մոնիտորինգ՝ այո 11. Շնչառություն (RESP) 1. Մեթոդ՝ տրանսթորակալ իմպեդանս 2. Միջակայք՝ 0-200 շնչ/րոպե 12. SpO₂ 1. Չափման միջակայք՝ 0-100 % 2. Լուծաչափություն՝ 1 % 3. Չարկերի միջակայք՝ 20-300 bpm 4. Համատեղելիություն՝ տարբեր SpO₂
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	
6					

				տեխնոլոգիաներով 13. NIBP 1. Ռեժիմներ՝ Manual, Auto, STAT, Sequence 2. Ճնշման միջակայք՝ 0-300 mmHg 3. Ցուցադրում՝ սիստոլիկ, դիաստոլիկ, միջին 14. CO₂ 1. Տեսակ՝ Sidestream 2. Չափման միջակայք՝ 0-150 mmHg 3. Շնչառական հաճախություն՝ 0-150 rpm 15. CPR feedback 1. Չափվող պարամետրեր՝ սեղմման խորություն և հաճախություն ռիկոիլ CCF, CQI 2. CPR մետրոնոմ և countdown՝ այո
--	--	--	--	--